

輔英科技大學_____系實驗室高壓氣體容器、鋼瓶及其管路作業檢點紀錄表

設置地點：

設備名稱（編號）：

檢查日期： 年 月 日

檢 查 重 點		檢查方法	檢查結果	檢查結果	檢查結果	改善措施
(1)	高壓氣體容器、鋼瓶固定	檢視				
(2)	內容物名稱有明顯標示	檢視				
(3)	鋼瓶柱塞、高壓軟管、流量計無損壞洩漏	檢視				
(4)	調節器及管線進行測漏試驗	測漏液				
(5)	鋼瓶放置處避開易燃物、火源或高熱處	檢視				
(6)	乙炔、甲烷、氧氣類等易燃氣體鋼瓶應設「嚴禁煙火」標示	檢視				
	檢查日期					
	檢查人員簽章：					

註：1.本表格僅供參考，各單位使用時請視需要調整。

2.「檢查記錄表格請放置儀器旁記錄保存三年」，以便供勞檢單位備查。

3.檢查結果：X 為異常；V 為正常；—為無此項目。並填寫改善措施欄。

4. 參閱網址：<http://eef.fy.edu.tw/files/11-1019-1883.php>

系所主管簽章：

實驗室（負責人）簽章：

檢查人員簽章：