

輔英科技大學_____系離心機每月檢查表

檢查日期： 年 月 日 設備編號_____ 設置地點：

系(所、中心)		負責人	
場所名稱		場所編號	

檢查項目	檢查方法	檢查結果	改善措施
1.回轉體運轉正常。	檢視		
2.主軸軸承性能正常。	檢視		
3.制動器啟動正常。	檢視		
4.外殼無顯著損傷、腐蝕、裂痕、變形。	檢視		
5.以上 1~4 項之附屬螺栓栓緊。	檢視		

註：1.本表格僅供參考，各單位使用時請視需要調整。

2.本自動檢查表自行留存於工作場所中，保存三年，，以便供勞檢單位備查。

3.檢查結果:X 為嚴重性危害; △ 可能性危害; √ 為正常; — 為無此項目。並填寫改善措施欄。

4.參閱網址 <http://asp2005.fy.edu.tw/Fooyin/p3/GN/es4.html>。

系所主管簽章：

實驗室（負責人）簽章：

檢查人員簽章：